

Ejemplo de Cualificación

Cualificación Instalación	Cualificación Operacional	Cualificación Funcional
IQ + Validac. +Software	OQ	OQ
Demostrar que el irradiador cumple especificaciones (instalación de acuerdo con las especificaciones acordadas entre el vendedor y el operador del irradiador)	<p>Caracterización de la administración de la dosis bajo unas condiciones determinadas</p> <p>Magnitud de la dosis, distribución y reproducibilidad</p>	Establecimiento del proceso de irradiación del producto dentro de los límites preestablecidos
<p>Gamma</p> <ul style="list-style-type: none"> ● No requiere dosimetría ● Ej: Recarga de fuentes radiactivas; movimiento del marco portafuentes; transportadores 	<p>Gamma</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Irradiador lleno de una sola densidad ● Mezcla de densidades en el irradiador ● Configuraciones de cargas incompletas <p>Interrupción de proceso</p>	Especificaciones de proceso
<p>Electrones</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Caracterización del haz 	<p>Electrones</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Perfil de dosis superficial ● Distribución de la dosis (3 dimensiones) ● Dosis vs parámetros de proceso ● Interrupción de proceso. 	